Приложения №1 к Протоколу

После рассмотрения технической спецификации были выявлены следующие несоответствия:

Требуемые параметры (параметры указанные в ТЗ)	**Заявленные параметры (параметры указанные в лоте)**	**Разъяснение преимуществ или несоответствий**
Физические каналы приема-передачи данных, не менее 1000	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Угол поля зрения для конвексных датчиков (град.), диапазон не менее 18 ÷195 (±5)	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Угол поля зрения для фазированных датчиков (град.), диапазон не менее 12 ÷85(±5)	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Угол поля зрения для линейных датчиков в режиме «виртуального Конвекс» - расширенного под углом поля зрения (град.), диапазон не менее 6÷57(±3)	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Матрица ультразвукового изображения, не менее 1120x800	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Количество регуляторов усиления по глубине, не менее 8	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Возможность конфигурирования системы (расширение возможностей) по требованиям пользователя без добавления аппаратных модулей, типовых элементов и плат	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность конфигурирования системы (расширение возможностей) по требованиям пользователя без добавления аппаратных модулей, типовых элементов и плат, что в свою очередь не позволит

		пользователю дооснастить аппарат дополнительными функциями при возникновении необходимости.
Наличие автоматического очерчивания допплеровского спектра в реальном времени	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует функция автоматического очерчивания допплеровского спектра в реальном времени. Требуемая функция значительно упрощает работу специалиста, за счет того, что отпадает необходимость вручную обводить спектр, что отнимает время и ухудшает концентрацию врача.
Автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени. Требуемая функция значительно упрощает работу специалиста, за счет того, что отпадает необходимость вручную рассчитывать параметры, что отнимает время и ухудшает концентрацию врача.
Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 15 сек	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Наличие встроенной аккумуляторной батареи, аккумулятор выполняет функцию поддержки оперативной памяти в случае отключения электричества, при этом аппарат переходит в режим сна.	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует встроенная аккумуляторная батарея, аккумулятор выполняет функцию поддержки оперативной памяти в случае отключения электричества, при этом аппарат переходит в режим сна, что в свою очередь предотвращает потерю важных данных об исследовании.
Вес аппарата без дополнительного оборудования не более 55 кг	**Не соответствует:** Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
HDMI	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует HDMI. HDMI порт позволяет подключить дополнительный монитор и выводить на него визуализацию с высоким качеством изображения.
Порт референтного ЭКГ сигнала	**Не соответствует:**	Не соответствует, так как

	Отсутствует	отсутствует порт референтного ЭКГ сигнала, который позволяет подключить кабель ЭКГ к аппарату и проводить дополнительные кардио-исследования
Интерактивная панель управления с регулировкой высоты не менее 120 мм	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует: Отсутствует описание требуемого параметра, за счет чего невозможно определить соответствие предлагаемой модели.
Наличие сенсорной алфавитно-цифровой клавиатуры	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует сенсорная алфавитно-цифровая клавиатура. Сенсорная клавиатура необходима для удобства работы, а так же для поддержания аппарата в чистоте, так как внутрь механической клавиатуры будет попадать мусор, пыль и гель.
Возможность подключения режима автоматически расчета фракции выброса левого желудочка нажатием одной кнопки	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность подключения режима автоматически расчета фракции выброса левого желудочка нажатием одной кнопки. Отсутствует возможность развития системы для дальнейшего дооснащения если возникнет необходимость.
Возможность подключения режима исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность подключения режима исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография. Отсутствует возможность развития системы для дальнейшего дооснащения если возникнет необходимость.
Возможность подключения режима количественной и векторной оценки движений участков сердца 2D	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность подключения режима количественной и векторной оценки движений участков сердца 2D. Отсутствует возможность развития системы для дальнейшего дооснащения если возникнет необходимость.
Возможность подключения режима ч / б и цветной STIC	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность подключения режима ч / б и цветной STIC. Отсутствует возможность развития системы

		для дальнейшего дооснащения если возникнет необходимость.
Возможность режима автоматического измерения толщины интима-медиа в реальном времени	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность режима автоматического измерения толщины интима-медиа в реальном времени. Отсутствует возможность развития системы для дальнейшего дооснащения если возникнет необходимость.
Возможность режима контрастной визуализации тканей с использованием контрастных веществ	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует возможность режима контрастной визуализации тканей с использованием контрастных веществ. Отсутствует возможность развития системы для дальнейшего дооснащения если возникнет необходимость.
Линейный датчик, многочастотный, широкополосный: - Количество элементов, эквивалент не менее 960 (± 64)	**Не соответствует:** 192 элемента	Не соответствует по количеству элементов. Датчики с большим количеством элементов более четче визуализируют исследуемую область
Кабель ЭКГ	**Не соответствует:** Отсутствует	Не соответствует, так как отсутствует требуемое комплектующее. кабель ЭКГ можно подключить к аппарату и проводить дополнительные кардио-исследования.